附件 1

单一来源采购方式申请表

2023 年 8 月 7 日

申请单位：（章）如东县人民医院　　联系电话：13962711222

项目名称	开颅动力系统附件	采购预算(万元)	16.8
项目概况	我院于 2017 年采购了美敦力开颅动力系统一套，使用情况良好。现因一套附件无法有效应对突发事件，导致脑外科手术无法正常开展，所以需要采购该动力系统附件一套。		
申请理由	经多方咨询和论证，拟采购的开颅动力系统附件是美敦力 IPC 综合动力系统的专机专用产品，其它附件与我院现有的 IPC 主机无法兼容。 非美敦力公司生产的附件连接至 IPC 主机，可能会发生：1、非美敦力的附件与 IPC 主机不匹配，在高速运转时致附件甩出，可能导致患者、操作人员及/或手术室人员受伤；2、可能引起电击发生，而烧坏主机；3、使用美敦力公司规定之外的附件与电缆，会造成该设备发射性增加及抗扰性降低。 最关键的是，一旦使用 IPC 主机之外的附件，会使主机受损，导致生产厂商无法维修。 现考虑到开颅动力系统附件来源的合法合规，该产品只能由原厂提供，故本项目建议单一来源采购方式采购。 经办人：　　分管领导：　　主要负责人：		
主管预算单位意见或市公共资源交易中心	经办人：　　主管负责人：　　（公章）		
所在区财政局意见	经办人：　　签发人：　　（公章）		

注：1、达到公开招标数额标准，拟采用非公开招标采购方式的，须报经主管预算单位同意。

2、公开招标失败（流标）的，须经公共资源交易中心签署意见。

扫描全能王 创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：主治医师	
	工作单位：南通[illegible]医院	
项目信息	项目名称：开颅动力系统附件一套	
	供应商名称：[illegible]科技有限公司	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 经论证，此开颅动力系统附件为专机专用产品，其配件与甲方现有的美敦力正在使用的动力系统无法兼容。如使用非美敦力公司的附件连接主机，会引起电击发生和损坏主机。 故综合上述原因，使用单一来源方式采购。	
专业人员签字	[illegible]	日期 2025 年 08 月 07 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写，一人一份，需填写明确的结论性意见。

扫描全能王 创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈[illegible]
	职称：副[illegible]师
	工作单位：南[illegible]大学[illegible]院
项目信息	项目名称：开颅动力系统附件一套
	供应商名称：[illegible]苏润普[illegible]科技有限公司
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 经论证，此开颅动力系统附件为专机专用产品，与[illegible]原有2PC骨动力系统兼容，如[illegible]使用非原配附件，可能导致附件[illegible]，进而导致患者[illegible]。 鉴于此，[illegible]使用原厂配套附件，建议采用单一来源采购方式采购。
专业人员签字	[illegible] 日期 2023年 8月 9日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写，一人一份，需填写明确的结论性意见。

扫描全能王 创建

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：杨岭辉	
	职称：高工	
	工作单位：南通市肿瘤医院	
项目信息	项目名称：开颅动力系统附件一套	
	供应商名称：[illegible]	
专业人员论证意见	（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由） 经过论证，开颅动力系统附件与美敦力IPC综合动力系统主机专用产品，若选用非原厂配件，不能完全融合，在高速旋转时致附件脱出，可能导致患者、操作人员或手术室人员受伤。 考虑到非美敦力附件无法与美敦力IPC综合动力系统匹配，选择自产品只能由原厂提供，故建议单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	杨岭辉	日期 2023 年 8 月 8 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写，一人一份，需填写明确的结论性意见。

扫描全能王 创建